



Inoki

12, avenue Jules Verne - 44230 SAINT SÉBASTIEN-SUR-LOIRE - France

EURL au capital de 70.001 €

RCS Nantes 515.191.070.00041 - APE 4791A - TVA FR 54 515 191 070

<https://www.inoki.fr> - contact@inoki.fr

Tél : + 33(0)9.82.38.47.03 (appel non surtaxé)

Service téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h - hors jours fériés



Étrier intime Libellule cristal

Modèle MEAS005 (et variations) :

MEAS005-1.2/8/3

Matériaux

- Acier chirurgical

Utilisation

- Article pour adultes, ne convient pas aux mineurs

Conseils d'entretien

- Laver à l'eau savonneuse ou un nettoyant pour sextoys aussitôt après usage

Recommandations de stockage

- Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et des variations de températures

Mise en garde de sécurité

- Article pour adultes, ne convient pas aux enfants

Garantie

- Cet article est garanti pour une période de deux ans contre tout défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un entretien ou un stockage inapproprié, ou une usure normale.

- En cas de questions ou de problème, contactez par email contact@inoki.fr

Déclaration de conformité

- Article conforme aux normes de sécurité en vigueur concernant les substances dangereuses

- Acier chirurgical 316L (ASTM F138)

Fabricant / Contact dans l'UE

Inoki - 12, avenue Jules Verne - 44230 Saint Sébastien sur Loire - France - contact@inoki.fr - +33982384703



Certifié par Inoki - Le 10.12.2024

